

ANEXO I
LISTA DE ITENS
EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA
Nº 008/2025 CER II - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI MIMOSO DO SUL
CONVÊNIO: 967351

LOTE 01					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	03	UND	002711 - Banqueta: com regulagem de altura a gás, estrutura em aço inoxidável, assento courvim, e apoio para os pés. 04 regulagens altura 48 a 61cm e 04 rodinhas. Capacidade 120 kg. Garantia mínima 12 meses.		
TOTAL LOTE 01					

LOTE 02					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
02	02	UND	002102 - Mesa Auxiliar: para uso geral, com estrutura e tampo em aço inoxidável, ideal para ambientes que exigem higiene e durabilidade. Aço inoxidável, garantindo resistência à corrosão e facilidade de limpeza. Dimensões: Variação de 40x40x80cm a 40x60x80cm (largura x profundidade x altura).Tampo liso e resistente. Produto novo, garantia mínima 12 meses.		
TOTAL LOTE 02					

LOTE 03					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
03	06	UND	002965-Balancim Proprioceptivo: Projetado com corpo em aço pintado; Superfície com impermeabilização total; Estrutura ergonômica; Piso/ Plataforma madeira revestido em material antiderrapante. Peso mínimo suportável: 12OKg. Manuais em Português. Todas as instalações/montagens necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.		
TOTAL LOTE 03					

LOTE 04					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
04	02	UND	000911 – Barras Paralelas para Fisioterapia: Estrutura: 02 metros, em aço, com piso anti-derrapante, estrutura em tubo de aço redondo; Pintura epoxy; corrimão em aço pintado em epoxy; duas barras verticais de cada lado; duas barras (corrimão) horizontais com regulagem de altura e largura. Base em madeira envernizada e revestida a tela antiderrapante. Medidas aproximadas da base: 2m de comprimento, 0,80m de largura. Altura aproximada do corrimão: 0,52m a 0,90m. Largura aproximada do corrimão: 0,39m a 0,60m.		
TOTAL LOTE 04					

LOTE 05					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
05	03	UND	002951 – Tablado para Fisioterapia: Tablado em madeira para uso em fisioterapia. Dimensões 190x140x50cm. Preferencialmente na cor azul marinho. Características: estrutura em madeira em padrão preferencialmente na cor marfim: Courvin de alta resistência ao calor. Comprimento 190 cm x Largura 140 cm x Altura 50 cm. Peso: 45 KG Espuma D-33.		
TOTAL LOTE 05					

LOTE 06					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
06	02	UND	011213 - Panela Elétrica para Confeção de Órtese e Prótese: para confecção de órteses em termoplástico de baixa temperatura, construída em alumínio reforçado para distribuição uniforme de calor, superfície anti-aderente, potência de 1.500 W ou superior, com medidas mínimas de 40 cm x 30 cm x 6,4 cm.		
TOTAL LOTE 06					

LOTE 07					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
07	02	UND	010211-Escada Linear para Marcha(sem rampa): Escada linear para marcha sem rampa construída em madeira envernizada, corrimãos duplos para adultos e crianças. Degraus e plataforma revestidos com material sintético antiderrapante. Dimensões aproximadas: 158,0 cm x84,0 cm x 120,0 cm (comprimento x largura x altura).		
TOTAL LOTE 07					

LOTE 08					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
08	05	UND	010356-Eretor Plataforma: com mesa e acabamento antiderrapante, rodízios e regulagem de altura garante segurança durante seu uso, apoio para calcanhar estofado e ajustável.		
TOTAL LOTE 08					

LOTE 09					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
09	03	UND	011441- Cama Elástica Proprioceptiva - Tipo JUMP, com 36 molas e estrutura tubular em aço carbono, com pintura epóxi. Parte superior em nylon reforçado com molas para movimento de balanço. Proteção lateral em courvin. 06 pés soldados com ponteiros de borracha anti-derrapante. Aro de reforço lateral. Capacidade suportável de no mínimo 180 kg. Dimensões mínimas aproximadas: 98 cm de diâmetro. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg. Registro na ANVISA.		
TOTAL LOTE 09					

LOTE 10					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
10	02	UND	011247 – Balança Antropométrica para Obesos: Especificação técnica: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; Balança antropométrica eletrônica com capacidade de no mínimo 300 kg; Divisão de frações de 50 a 100 g; Régua antropométrica com altura máxima maior ou igual a 2,00 metros e graduação de 0,5 cm em alumínio; Plataforma em chapa de aço reforçado; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha; Com display de Led ou cristal líquido de no mínimo 4 dígitos; Bivolt 110/220 V; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Os produtos deverão ser aferidos e aprovados com certificação/selo fornecido pelo INMETRO.		
TOTAL LOTE 10					

LOTE 11					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
11	05	UND	001222 – Mesa de Exames: Especificação técnica: Mesa para exames, construído em tubos redondos de 1 1/2 de diâmetro, submetido a tratamento prévio anti-ferruginoso e pintado com esmalte sintético. · Leito revestido em espuma de poliuretano revestido em courvin densidade 28 ou outro material compatível, com cabeceira móvel regulável através de cremalheira; · Possuir suporte para lençol de papel descartável; · Pés providos de ponteira de borracha; · Dimensões aproximadas: - 0,80m de altura; - 1,90 m de comprimento; - 0,65 m de largura.		
TOTAL LOTE 11					

LOTE 12					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
12	06	UND	011651 – Trocador de Fraldas de Parede: trocador de fraldas horizontal sobreposto em prolipropileno; sobreposição da parede: 10,7 cm (fechado) e 57,0 cm (aberto); capacidade mínima 90kg, com abertura pneumático e fechamento por pistões a gás; compartimento para lençol descartável; possui sistema antibactericida, cintos de segurança; manual de instalação e parafusos para fixação; dimensões: 89 x 55cm (c x a).		
TOTAL LOTE 12					

LOTE 13					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
13	06	UND	000843 – Estimulador Neuro-Muscular: equipamento digital, microprocessador com no mínimo 2 canais. Deve oferecer no mínimo as correntes TENS, FES, Corrente Russa, Interferencial. Deve possuir sistema de segurança para emissão das correntes no paciente e memória de dados. Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: no mínimo 02 cabos para aplicação, cabo de força, no mínimo 04 eletrodos de borracha.		
TOTAL LOTE 13					

LOTE 14					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
14	01	UND	003001 – Laser para Fisioterapia: material fisioterapia, tipo aparelho laser, características adicionais feixe contínuo/pulsado, ajustável de 1 a 20j/cm², componentes timer 1 a 60min., caneta toposcópio, 2 óculos, outros componentes 1 canetas de diferentes comprimentos de onda, modelo microprocessador, teclado membrana, cristal líquido, aplicação portátil, características adicionais 655 e 830 nm, componentes com 2 canetas com emissor de laser, outros componentes com 2 óculos de proteção.		
TOTAL LOTE 14					